

INFORMÁCIÓ AZ ADATVÉDELEMRŐL ÉS A MAGÁNÉLET VÉDELMEÉRŐL

Személyes adatok védelme a *sleep•safe harmony* automatizált peritoneális dialíziskészülék otthoni dialízishez vagy klinikai környezetben történő használata során¹

1. Személyes adatok a *sleep•safe harmony* készülékről


A személyes adatokat a peritoneális dialíziskészülék tárolja a készülék kezdeti beállításakor és személyre szabásakor. A személyes adatok közé tartoznak többek között, de nem kizárólagosan a kezelési adatok és más érzékeny információk, amelyek alapján a beteg egészségére következtetni lehet. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a peritoneális dialíziskészülék és a rajta tárolt adatok mindig védve legyenek az illetéktelen személyek hozzáférése ellen. Ennek egyik lehetséges módja, hogy a peritoneális dialíziskészüléket egy zárható vagy felügyelt, a nyilvánosság számára nem hozzáférhető helyiségben helyezik el, vagy más megfelelő intézkedésekkel megakadályozzák az eszközön tárolt adatokhoz való illetéktelen hozzáférést.

A peritoneális dialíziskészülékhez mellékelte PatientCard^{Plus}-t (betegkártya) szintén óvni kell illetéktelenek hozzáférése ellen, és a személyre szabás után és a használaton kívül biztonságos helyen kell tárolni, mivel ez a kártya hozzáférést biztosít a beteg készülékéhez és így a beteg kezelési adataihoz is. A betegkártyát csak a beteg kezelésében részt vevő, arra jogosult személyekkel (például a beteg orvosával) szabad megosztani.

2. A *sleep•safe harmony* készülék engedélyezett használata

Kizárólag a beteg és az arra felhatalmazott személyek láthatják a kijelzőt és férhetnek hozzá a peritoneális dialízis készülékhez és az azon tárolt adatokhoz. A peritoneális dialízis készülék jogosulatlan felnyitására jelzésére a készüléket egy (1) QR-kódot tartalmazó biztonsági plombával látták el, amely a kijelző bal oldalán található. Lásd az 1. ábrán a plomba helyét, a 2. ábrán pedig egy példát a QR-kódot tartalmazó plombára. Mindig ellenőrizze, hogy a plomba sértetlen-e.

¹ Az alábbi közleményeket gyártói minőségünkben (Fresenius Medical Care AG, Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg, Németország) adtuk ki, és nem minősülnek adatvédelmi nyilatkozatnak. Az adatvédelemért felelős szerv az érintett klinika, dialízisközpont vagy kezelőorvos.



Ha a plomba hiányzik, sérült, vagy úgy tűnik, hogy eltávolították és újra felhelyezték, azonnal jelentse ezt az illetékes dialízisközpontnak, klinikának vagy kezelőorvosnak. A peritoneális dialízis készülék használati utasításában felsorolt helyi szervizzel vagy a készülék gyártójával, a Fresenius Medical Care-rel is felveheti a kapcsolatot a következő címen:

DataProtectionOfficer@freseniusmedicalcare.com.

3. A *sleep•safe harmony* készülék szállítása

A peritoneális dialíziskészülék szállításakor és a szállítás előkészítésekor tartsa be a betegadatok kezelésére vonatkozó helyi adatvédelmi és titoktartási előírásokat. Ha a peritoneális dialíziskészülék szállításával kapcsolatban adatvédelmi kérdés merül fel, forduljon az illetékes dialízisközponthoz, klinikához, kezelőorvoshoz vagy a készülék használati utasításában felsorolt helyi szervizvállalathoz. A helyi műszaki szervizvállalaton keresztül azt is elintézheti, hogy a peritoneális dialíziskészülék belső adathordozóját a készülék visszaküldése előtt eltávolítsák.

Csomagolás előtt mindig vegye ki a betegkártyát a peritoneális dialízis készülékből, és a betegkártyát megfelelő, biztonságos helyen tárolja. Ha a betegkártyára a betegnek már nincs szüksége, azt vissza kell küldeni az illetékes dialízisközpontnak, klinikának, kezelőorvosnak vagy a helyi műszaki szervizvállalatnak. A létesítménynek a kártya kezelése vagy megsemmisítése során be kell tartania a helyi adatvédelmi és titoktartási eljárásokat.

Fontos!

Ha az adatok megsértésének vagy jogosulatlan hozzáférés miatti adatvesztésnek a gyanúja merül fel, kérjük, jelezze az illetékes dialízisközpontnak, klinikának vagy kezelőorvosnak. A peritoneális dialíziskészülék használati utasításában felsorolt helyi szervizzel vagy a gyártóval, a Fresenius Medical Care-rel is felveheti a kapcsolatot a következő címen: DataProtectionOfficer@freseniusmedicalcare.com.