

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH I PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych podczas korzystania z automatycznego urządzenia do dializy otrzewnowej *sleep•safe harmony* do dializy domowej lub w środowisku klinicznym¹

1. Dane osobowe w urządzeniu *sleep•safe harmony*

Dane osobowe są rejestrowane na urządzeniu do dializy otrzewnowej podczas początkowej konfiguracji i personalizacji urządzenia. Rejestrowane dane osobowe obejmują między innymi dane dotyczące leczenia, a także inne informacje wrażliwe, które mogą pozwolić na wyciągnięcie wniosków na temat stanu zdrowia użytkownika. Należy zapewnić, aby urządzenie do dializy otrzewnowej i przechowywane na nim dane były stale chronione przed dostępem nieupoważnionych stron trzecich. Można to osiągnąć na przykład poprzez umieszczenie urządzenia do dializy otrzewnowej w zamkniętym lub nadzorowanym pomieszczeniu, do którego dostęp dla osób postronnych jest ograniczony, lub poprzez podjęcie innych odpowiednich środków uniemożliwiających nieupoważniony dostęp do danych przechowywanych na urządzeniu.

Dołączoną do urządzenia kartę pacjenta PatientCard^{Plus} po personalizacji również należy chronić przed dostępem osób nieupoważnionych i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Karta umożliwia dostęp do urządzenia pacjenta, a tym samym do danych dotyczących leczenia pacjenta. Kartę pacjenta należy udostępnić wyłącznie osobom upoważnionym biorącym udział w leczeniu pacjenta (takim jak lekarz pacjenta).

2. Dozwolone użytkowanie urządzenia *sleep•safe harmony*

Dostęp do urządzenia do dializy otrzewnowej oraz przechowywanych na nim danych mogą uzyskać wyłącznie pacjent i upoważnione osoby. W celu zapewnienia ochrony przed nieautoryzowanym otwarciem urządzenia do dializy otrzewnowej po lewej stronie wyświetlacza urządzenia umieszczono jedną (1) naklejkę zabezpieczającą z kodem QR. Na rysunku 1 przedstawiono położenie naklejki zabezpieczającej, a na rysunku 2 wskazano przykładowy wygląd naklejki z kodem QR. Każdorazowo należy sprawdzić, czy naklejka zabezpieczająca jest nienaruszona.

¹ Poniższe informacje zostały dostarczone przez naszą firmę występującą w charakterze producenta (Fresenius Medical Care AG, Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg, Niemcy) i nie stanowią informacji o ochronie prywatności. Podmiotem odpowiedzialnym za ochronę danych jest klinika, ośrodek prowadzący dializę lub lekarz prowadzący.



Jeśli naklejka zabezpieczająca jest zniszczona, wygląda jakby została zerwana i przyklejona na nowo lub brakuje jej, należy niezwłocznie zgłosić to w odpowiednim ośrodku przeprowadzającym dializę, w klinice lub lekarzowi prowadzącemu. Można również skontaktować się z miejscowym serwisem wskazanym w instrukcji obsługi urządzenia do dializy otrzewnowej lub z producentem urządzenia, firmą Fresenius Medical Care, pod adresem DataProtectionOfficer@freseniusmedicalcare.com.

3. Wysyłka i transport urządzenia *sleep•safe harmony*

Przystępując do wysyłki urządzenia do dializy otrzewnowej i przygotowywania go do transportu, należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności w zakresie postępowania z danymi pacjentów. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych podczas wysyłki lub transportu urządzenia do dializy otrzewnowej należy skontaktować się z odpowiednim ośrodkiem dializ, kliniką, lekarzem lub miejscowym serwisem określonym w instrukcji obsługi urządzenia. Korzystając z usług lokalnego serwisu technicznego, przed zwrotem urządzenia do dializy otrzewnowej można również zlecić usunięcie z niego wewnętrznych nośników pamięci.

Kartę pacjenta należy przed każdym zapakowaniem wyjąć z urządzenia do dializy otrzewnowej i zachować w odpowiednim, bezpiecznym miejscu. Jeśli pacjent nie będzie już potrzebował karty pacjenta, należy ją zwrócić właściwemu ośrodkowi dializ, klinice, lekarzowi prowadzącemu lub lokalnej organizacji wsparcia technicznego. Obsługa lub utylizacji karty przez placówkę wiąże się z przestrzeganiem lokalnych procedur ochrony danych i prywatności.

Ważne!

Wszelkie podejrzenia naruszenia poufności danych lub ich utraty w wyniku nieautoryzowanego dostępu należy zgłaszać ośrodkowi dializ, klinice lub lekarzowi. Można również skontaktować się z miejscowym serwisem wskazanym w instrukcji obsługi urządzenia do dializy otrzewnowej lub z producentem, firmą Fresenius Medical Care, pod adresem DataProtectionOfficer@freseniusmedicalcare.com.