

INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV A SÚKROMIA

Ochrana osobných údajov pri používaní prístroja na automatizovanú peritoneálnu dialýzu *sleep•safe harmony* na domácu dialýzu alebo dialýzu v klinickom prostredí¹

1. Osobné údaje v prístroji *sleep•safe harmony*

Osobné údaje sa ukladajú do prístroja na peritoneálnu dialýzu pri prvom nastavení a personalizácii prístroja. Medzi osobné údaje patria okrem iného údaje o liečbe a iné citlivé informácie, na základe ktorých možno vyvodiť závery o zdravotnom stave pacienta. Je potrebné zabezpečiť, aby boli prístroj na peritoneálnu dialýzu a údaje v ňom uložené vždy chránené pred prístupom neoprávnených osôb. To možno dosiahnuť napríklad umiestnením prístroja na peritoneálnu dialýzu do uzamykateľnej alebo zabezpečenej miestnosti, do ktorej nemá prístup verejnosť, alebo prijatím iných vhodných opatrení, ktoré zabránia neoprávnenému prístupu k údajom uloženým v prístroji.

Aj karta PatientCard^{Plus} (karta pacienta) dodávaná s prístrojom na peritoneálnu dialýzu sa má chrániť pred prístupom neoprávnených osôb a po personalizácii a v čase, keď sa nepoužíva, má byť uložená na bezpečnom mieste, pretože táto karta poskytuje prístup k prístroju pacienta, a teda k údajom o liečbe pacienta. Karta pacienta sa má poskytovať len oprávneným osobám, ktoré sa podieľajú na liečbe pacienta (napríklad lekárovi pacienta).

2. Oprávnené používanie prístroja *sleep•safe harmony*

Prezeranie displeja a prístup k prístroju na peritoneálnu dialýzu a k údajom, ktoré sú v ňom uložené, by sa mali umožniť len pacientovi a oprávneným osobám. Na odhalenie neoprávneného otvorenia prístroja na peritoneálnu dialýzu je prístroj vybavený jednou (1) bezpečnostnou plombou s QR kódom na ľavej strane displeja. Umiestnenie plomby je znázornené na obrázku 1 a príklad plomby s QR kódom je znázornený na obrázku 2. Vždy sa presvedčte, že plomba je neporušená.

¹ Nasledujúce poznámky poskytujeme ako výrobca (Fresenius Medical Care AG, Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg, Nemecko) a nepredstavujú oznámenie o ochrane osobných údajov. Orgánom zodpovedným za ochranu údajov je príslušná klinika, dialyzačné stredisko alebo ošetrojúci lekár.



Ak plomba chýba, je poškodená alebo vyzerá, že bola odstránená a znovu pripevnená, okamžite to oznámte príslušnému dialyzačnému stredisku, klinike alebo ošetrojúcemu lekárovi. Môžete sa obrátiť aj na miestnu servisnú organizáciu uvedenú v návode na použitie prístroja na peritoneálnu dialýzu alebo na výrobcu prístroja, spoločnosť Fresenius Medical Care, na adrese DataProtectionOfficer@freseniusmedicalcare.com.

3. Preprava a presun prístroja *sleep•safe harmony*

Pri preprave prístroja na peritoneálnu dialýzu a príprave na jeho presun dodržiavajte platné miestne predpisy o ochrane údajov a súkromia pri zaobchádzaní s údajmi o pacientovi. Ak máte otázky týkajúce sa ochrany údajov pri preprave alebo presune prístroja na peritoneálnu dialýzu, obráťte sa na príslušné dialyzačné stredisko, kliniku, ošetrojúceho lekára alebo miestnu servisnú organizáciu uvedenú v návode na použitie prístroja. Prostredníctvom miestnej technickej servisnej organizácie môžete pred vrátením prístroja na peritoneálnu dialýzu zabezpečiť aj odstránenie vnútorného pamäťového média z prístroja.

Pred zabalením vždy vyberte kartu pacienta z prístroja na peritoneálnu dialýzu a uložte ju na vhodné, bezpečné miesto. Ak pacient kartu pacienta už nepotrebuje, mala by sa vrátiť príslušnému dialyzačnému stredisku, klinike, ošetrojúcemu lekárovi alebo miestnej organizácii technickej a servisnej podpory. Pri zaobchádzaní s kartou alebo jej likvidácii sa majú dodržiavať platné miestne postupy ochrany údajov a súkromia.

Dôležité!

Ak existuje podozrenie na porušenie ochrany údajov alebo stratu údajov v dôsledku neoprávneného prístupu, nahláste to príslušnému dialyzačnému stredisku, klinike alebo ošetrojúcemu lekárovi. Môžete sa obrátiť aj na miestnu servisnú organizáciu uvedenú v návode na použitie prístroja na peritoneálnu dialýzu alebo na výrobcu, spoločnosť Fresenius Medical Care, na adrese DataProtectionOfficer@freseniusmedicalcare.com.