

INFORMACIJE O VARSTVU IN ZASEBNOSTI PODATKOV

Varstvo osebnih podatkov pri uporabi samodejne naprave za peritonealno dializo *sleep•safe harmony* na domu ali v kliničnem okolju¹

1. Osebni podatki na napravi *sleep•safe harmony*

Osebni podatki so shranjeni na napravi za peritonealno dializo po začetni nastavitvi in personalizaciji naprave. Osebni podatki vključujejo, vendar niso omejeni na podatke o zdravljenju in druge občutljive podatke, na podlagi katerih je mogoče sklepati o zdravju bolnika. Zagotovite, da so naprava za peritonealno dializo in podatki, shranjeni na njej, vedno zaščiteni pred dostopom s strani nepooblaščenih oseb. To lahko na primer storite tako, da napravo za peritonealno dializo postavite v sobo, ki jo je mogoče zakleniti oz. je pod nadzorom in ki ni dostopna javnosti, ali s sprejetjem ustreznih ukrepov za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do podatkov, shranjenih na napravi.

Kartico PatientCard^{Plus} (kartica bolnika), ki je priložena napravi za peritonealno dializo, je prav tako treba zaščititi pred dostopom s strani nepooblaščenih oseb in hraniti na varnem mestu, ko jo personalizirate in je ne uporabljate, ker ta kartica zagotavlja dostop do naprave bolnika ter zato tudi podatkov o zdravljenju bolnika. Kartico bolnika lahko delite le s pooblaščenimi osebami, ki sodelujejo pri zdravljenju bolnika (npr. bolnikov zdravnik).

2. Pooblaščen uporaba naprave *sleep•safe harmony*

Samo bolnik in pooblaščen osebe si lahko ogledujejo zaslon in imajo dostop do naprave za peritonealno dializo ter podatkov, shranjenih na njej. Za zaščito pred nepooblaščenim odpiranjem naprave za peritonealno dializo ima naprava en (1) varnostni pečat s kodo QR na levi strani zaslona. Glejte sliko 1 za položaj pečata in sliko 2 za primer pečata s kodo QR. Vedno se prepričajte, da je pečat cel.



¹ Naslednja obvestila zagotavljamo kot proizvajalec (Fresenius Medical Care AG, Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg, Nemčija) in ne predstavljajo izjave o varstvu podatkov. Odgovorni organ za varstvo podatkov je ustrezna klinika, dializni center ali lečeči zdravnik.

Če pečat manjka, je poškodovan ali je videti, da je bil odstranjen in znova nameščen, o tem nemudoma obvestite ustrezen dializni center, kliniko ali lečečega zdravnika. Lahko tudi stopite v stik z lokalnim servisnim centrom, ki je naveden v navodilih za uporabo naprave za peritonealno dializo, ali proizvajalcem naprave, družbo Fresenius Medical Care, prek e-poštnega naslova DataProtectionOfficer@freseniusmedicalcare.com.

3. Pošiljanje in transport naprave *sleep•safe harmony*

V zvezi z ravnanjem z bolnikovimi podatki pri pošiljanju naprave za peritonealno dializo in njeno pripravo na transport upoštevajte veljavne lokalne predpise glede varstva in zasebnosti podatkov. Če imate vprašanja glede varstva podatkov pri pošiljanju ali transportu naprave za peritonealno dializo, stopite v stik z ustreznim dializnim centrom, kliniko, lečečim zdravnikom ali lokalnim servisnim centrom, navedenim v navodilih za uporabo naprave. Z lokalnim servisnim centrom se lahko dogovorite tudi, da pred vračilom naprave za peritonealno dializo iz nje odstranite notranje medije za shranjevanje.

Preden napravo za peritonealno dializo zapakirate, vedno iz nje odstranite kartico bolnika ter kartico bolnika shranite na ustrezno in varno mesto. Če bolnik kartice bolnika ne potrebuje več, jo mora vrniti ustreznemu dializnemu centru, kliniki, lečečemu zdravniku ali lokalnemu servisnemu centru. Ustanova mora pri ravnanju s kartico in njenem odlaganju med odpadke upoštevati veljavne lokalne postopke za varstvo in zasebnost podatkov.

Pomembno!

Če sumite, da je prišlo do kršitve zasebnosti ali izgube podatkov zaradi nepooblaščenega dostopa, o tem obvestite ustrezen dializni center, kliniko ali lečečega zdravnika. Lahko tudi stopite v stik z lokalnim servisnim centrom, ki je naveden v navodilih za uporabo naprave za peritonealno dializo, ali proizvajalcem, družbo Fresenius Medical Care, prek e-poštnega naslova DataProtectionOfficer@freseniusmedicalcare.com.