

VERİ KORUMA VE GİZLİLİK BİLGİLERİ

Evde ya da klinik ortamda diyaliz için otomatik periton diyaliz cihazı *sleep•safe harmony* kullanırken kişisel verilerin korunması¹

1. *sleep•safe harmony* cihazındaki kişisel veriler

İlk kurulum ve cihazın kişiselleştirilmesinden sonra periton diyalizi cihazında kişisel veriler kaydedilir. Kişisel veriler, tedavi verilerini ve hastanın sağlığı hakkında sonuçlara varılmasını sağlayabilecek diğer hassas bilgiler de dahil olup bunlarla sınırlı değildir. Periton diyalizi cihazının ve üzerinde kayıtlı olan verilerin yetkisiz kişilerin erişimine karşı her zaman korunduğundan emin olun. Bu, örneğin periton diyalizi cihazının kişiler tarafından erişilemeyen kilitle ya da gözetlenen bir odaya yerleştirilmesi ile veya cihazda kayıtlı olan verilere yetkisiz erişimin önlenmesi için diğer uygun önlemler alınarak yapılabilir.

Periton diyalizi cihazı ile birlikte verilen PatientCard^{Plus} (hasta kartı) da yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunmalı ve kart hastanın cihazına ve böylelikle hastanın tedavi verilerine erişim sağladığından kişiselleştirildikten sonra ve kullanım dışıyken güvenli bir yerde muhafaza edilmelidir. Hasta kartı, yalnızca hastanın tedavisine dahil olan kişilerle (örneğin hastanın doktoru) paylaşılabilir.

2. *sleep•safe harmony* cihazının yetkili kullanımı

Periton diyalizi cihazının ekranına ve cihazda kayıtlı olan verilere yalnızca hasta ve yetkili kişiler erişim sağlayabilir. Periton diyalizi cihazının yetkisiz bir şekilde açıldığını göstermek için, cihaz ekranının solunda bir QR kodu ile birlikte bir (1) emniyet mührü ile donatılmıştır. Mührün konumu için Şekil 1 ve mührün QR kodlu bir örneği için Şekil 2'ye bakın. Mührün sağlam olduğundan daima emin olun.



Mühür eksikse, hasarlıysa veya çıkarılıp yeniden yapıştırılmış gibi görünüyorsa, bu durumu derhal ilgili diyaliz merkezine, kliniğe veya doktora bildirin. Periton diyalizi cihazının Kullanım Kılavuzunda

¹ Aşağıdaki notlar, üretici sıfatımızla (Fresenius Medical Care AG, Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg, Almanya) tarafımızdan sağlanmış ve bir gizlilik bildiri niteliğinde değildir. Veri korumasından sorumlu kurum ilgili klinik, diyaliz merkezi veya tedaviyi uygulayan doktordur.

listelenen yerel servis kuruluşuyla veya cihaz üreticisi olan Fresenius Medical Care ile DataProtectionOfficer@freseniusmedicalcare.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

3. *sleep•safe harmony* cihazının nakliyesi ve taşınması

Periton diyalizi cihazını naklederken ve taşımaya hazırlanırken hasta verilerinin işlenmesiyle ilgili yerel geçerli veri koruma ve gizlilik düzenlemelerine uyun. Periton diyalizi cihazını naklederken veya taşıırken veri koruma ile ilgili sorularınız varsa ilgili diyaliz merkezi, klinik, tedaviyi yapan doktor veya cihazın Kullanım Kılavuzunda listelenen yerel hizmet kuruluşuyla iletişime geçin. Yerel teknik servis kuruluşunuz aracılığıyla, iade işleminden önce periton diyalizi cihazındaki dahili depolama ortamının çıkarılmasını da sağlayabilirsiniz.

Paketlemeden önce her zaman hasta kartını diyaliz cihazından çıkarın ve hasta kartını uygun, güvenli bir yerde muhafaza edin. Hasta kartına artık hasta ihtiyaç duymuyorsa kart ilgili diyaliz merkezine, kliniğe, tedaviyi yapan doktora veya yerel teknik servis destek kuruluşuna iade edilmelidir. Kuruluş, kartı kullanırken veya imha ederken yerel geçerli veri koruma ve gizlilik prosedürlerine uymalıdır.

Önemli!

Yetkisiz erişim nedeniyle bir veri ihlali ya da veri kaybından şüpheleniyorsanız lütfen bunu ilgili diyaliz merkezine, kliniğe veya ilgili doktora bildirin. Periton diyalizi cihazının Kullanım Kılavuzunda listelenen yerel servis kuruluşuyla veya üretici olan Fresenius Medical Care ile DataProtectionOfficer@freseniusmedicalcare.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.