FRESENIUS MEDICAL CARE

Cambio de fecha/hora en la cicladora Liberty® Select

Guía de ayuda rápida

Es posible que los datos del tratamiento no se transmitan a su centro de diálisis si esta información es incorrecta. **Tenga en cuenta que no puede cambiar la fecha ni la hora durante la configuración o durante el tratamiento.**



Cambiar la hora

1. Seleccione **Mis parámetros**. (A)
2. Seleccione la pestaña **Cicladora.** (B)
3. Seleccione **Formato de hora** (el botón se pondrá naranja). (C)
4. Utilice las teclas de flecha para seleccionar **AM/PM**. (D)
5. Presione **OK** (Aceptar) para guardar (el botón se pondrá amarillo). (E)
6. Seleccione **Hora** (el botón se pondrá naranja). (F)
7. Utilice las teclas de flecha para establecer la **hora**. (D)
8. Presione **OK** (Aceptar) para guardar y proceder a establecer los *minutos*. (E)
9. Utilice las teclas de flecha para establecer los **minutos**. (D)
10. Presione **OK** (Aceptar) para guardar (el botón se pondrá amarillo). (E)



Cambiar la fecha

1.	Seleccione **Mis parámetros**.	A
2.	Seleccione la pestaña **Cicladora.**	B
3.	Seleccione **Formato fecha** (el botón se pondrá naranja).	C
4.	Utilice las teclas de flecha para establecer **mm/dd/aaaa**.	D
5.	Presione **OK** (Aceptar) para guardar (el botón se pondrá amarillo).	E
6.	Seleccione **Fecha** (el botón se pondrá naranja).	F
7.	Utilice las teclas de flecha para establecer el **mes**.	D
8.	Presione **OK** (Aceptar) para guardar y proceder a establecer el *día*.	E
9.	Utilice las teclas de flecha para establecer el **día**.	D
10.	Presione **OK** (Aceptar) para guardar y proceder a establecer el *año*.	E
11.	Utilice las teclas de flecha para establecer el **año**.	D
12.	Presione **OK** (Aceptar) para guardar (el botón se pondrá amarillo).	E

Lea las instrucciones de uso para un uso seguro y adecuado de este dispositivo. Para obtener una descripción completa de los peligros, las contraindicaciones, los efectos secundarios y las precauciones, consulte la etiqueta completa del paquete en www.fmcna.com.

Indicaciones de uso: la cicladora Liberty Select de Fresenius está indicada para la diálisis peritoneal aguda y crónica.

Precaución: la ley federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo por parte de un médico o por orden de un médico.

© 2024 Fresenius Medical Care. Todos los derechos reservados. Fresenius Medical Care, el logotipo del triángulo y Liberty son marcas comerciales de Fresenius Medical Care Holdings, Inc. o sus empresas afiliadas. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. P/N 105759-01S Rev A 09/2024